

DO 2019202003342

Question n° 455 de madame la députée Karin Jiroflée du 04 mai 2020 (N.) à la ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées:

Masques buccaux. - Tests.

Les utilisateurs de masques buccaux (hôpitaux, MRS, institutions pour personnes handicapées, etc.) peuvent faire tester ces masques par les laboratoires désignés à cet effet par le SPF Économie et par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé selon le protocole ATP (*Alternative Test Protocol*).

1. Combien de tests ont-ils été effectués selon le protocole ATP entre le 15 mars 2020 et le 25 avril 2020?
2. Combien de ces tests se sont révélés négatifs?
3. Combien de lots de ces masques ayant fait l'objet d'un test négatif ont-ils été rappelés?

Réponse de la ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées du 28 mai 2020, à la question n° 455 de madame la députée Karin Jiroflée du 04 mai 2020 (N.):

DO 2019202003342

Vraag nr. 455 van vrouw de volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée van 04 mei 2020 (N.) aan de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking:

Mondmaskers. - Testen.

Gebruikers van mondmaskers (ziekenhuizen, WZC's, instellingen gehandicapten, enz.) kunnen aan door de FOD Economie en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten aangestelde labo's hun aangeschafte mondmaskers laten testen volgens het ATP-principe (*Alternative Test Protocol*).

1. Hoeveel testen werden via dit ATP-protocol uitgevoerd tussen 15 maart 2020 en 25 april 2020?
2. Hoeveel van die tests waren negatief?
3. Hoeveel van die ladingen negatief geteste mondmaskers werden teruggeroepen?

Antwoord van de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking van 28 mei 2020, op de vraag nr. 455 van vrouw de volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée van 04 mei 2020 (N.):

L'Alternative Test Protocol (ATP) est un protocole de test simplifié. Un tel protocole existe autant pour les masques chirurgicaux que pour les masques FFP2/FFP3. Pour les réponses relatives aux masques chirurgicaux, je vous renvoie vers madame De Block, ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, de l'Asile et de la Migration.

1. Entre le 15 mars 2020 et le 25 avril 2020, 88 tests ATP ont été réalisés pour les masques FFP2/FFP3:

- 39 dans le cadre de contrôles en coopération avec les douanes pour les produits bloqués à la frontière, et ce à la demande des importateurs;

- 49 dans le cadre de contrôles internes sur l'achat par les autorités fédérales commandité par le SPF Santé publique.

Par ailleurs, à la demande des opérateurs économiques ou des hôpitaux, des tests ATP ont aussi été réalisés. Je ne dispose pas des chiffres complets à ce sujet.

2. 16 de ces tests avaient un résultat ATP positif et l'ajustement était suffisamment bon.

28 de ces tests avaient un résultat ATP positif dont l'ajustement des masques n'était pas assez bon au niveau du pont nasal. Ils sont appelés *tape nose*.

12 de ces tests avaient un résultat ATP positif dont l'ajustement des masques n'était pas assez bon. Ils sont appelés *tape all*.

32 de ces tests avaient un résultat ATP négatif.

3. Un type de masques buccaux a été rappelé dans le cadre de l'achat par les autorités fédérales.

Les masques buccaux avec un résultat ATP négatif dans le cadre d'un contrôle douanier, ont été déclassés en masque de confort et uniquement libérés à condition que l'avertissement imposé ait été apposé sur l'emballage de vente au détail au moyen d'un autocollant conçu à cet effet par le SPF Économie.

Les masques buccaux libérés sont considérés comme des équipements de protection individuelle non-conformes et peuvent - vu la situation d'urgence actuelle et afin de réduire les grandes pénuries en masques - être uniquement distribués aux professionnels de la santé qui n'ont pas besoin d'un masque qui offre une protection élevée.

Het Alternative Test Protocol (ATP) is een vereenvoudigd testprotocol. Er bestaat een dergelijk protocol zowel voor chirurgische maskers als voor FFP2/FFP3-maskers. Voor de antwoorden met betrekking tot de chirurgische maskers verwijs ik naar mijn collega mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie.

1. Tussen 15 maart 2020 en 25 april 2020 werden 88 ATP-testen uitgevoerd voor FFP2/FFP3 maskers:

- 39 in het kader van controles in samenwerking met de douane voor geblokkeerde producten aan de grens, dit op vraag van de invoerders;

- 49 in het kader van interne controles op de aankoop van de federale overheid in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

Daarnaast worden op vraag van de marktdeelnemers of ziekenhuizen ook ATP-testen uitgevoerd. Ik beschik niet over volledige cijfers hierover.

2. 16 van deze testen had een positief ATP-resultaat en de pasvorm was voldoende goed.

28 van deze testen had een positief ATP-resultaat waarbij de pasvorm (*fit*) van de maskers niet goed genoeg is ter hoogte van de neusbrug. Deze worden *tape nose* benoemd.

12 van deze testen had een positief ATP-resultaat waarbij de pasvorm (*fit*) van de maskers niet goed genoeg is. Deze worden *tape all* benoemd.

32 van deze testen had een negatief ATP-resultaat.

3. Er werd een type mondmaskers teruggeroepen in het kader van de aankoop van de federale overheid.

Mondmaskers met een negatief ATP-resultaat in het kader van een douanecontrole, werden gedeclasseerd als comfortmasker en enkel vrijgegeven mits de opgelegde waarschuwing aangebracht werd op de kleinhandelsverpakking met een daartoe door de FOD Economie ontworpen sticker.

De vrijgegeven mondmaskers worden beschouwd als niet conforme persoonlijke beschermingsmiddelen en mogen - gezien de huidige noodssituatie en om de grote tekorten aan maskers te verminderen - enkel worden verdeeld onder gezondheidswerkers die geen masker met hoge bescherming nodig hebben.